

【水田土壤検査結果】(単位: Bq/kg)

対象水田	I-131	Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs前年比	検出下限
鉾田市仮宿	不検出	不検出	18	18	-40	I-131: 10Bq/kg Cs-134: 15Bq/kg Cs-137: 10Bq/kg
茨城町駒場	不検出	不検出	25	25	-36	
茨城町常井	不検出	16	25	41	4	
笠間市小原O	不検出	不検出	30	30	-23	
笠間市小原T	不検出	不検出	13	13	-28	
水戸市開江	不検出	不検出	30	30	-17	

検査: (株)食環境衛生研究所、検査器: NaIシンチレーション検出器、検体採取日: 4/10、測定日: 4/15